



pH/EC/TDS/Temp Combo mjerac HI 98130

Novi, Hannini vodootporni **50-HI98130 Combo** tester razvijeni su za vrlo točna mjerenja pH, EC/TDS i temperature. Prilikom pokretanja, **Combo** izvršava samoprovjeru i zatim prikazuje preostali kapacitet baterije kako bi bili osigurani ispravni radni uvjeti. Ovaj tester također ima i indikator stabilnosti kao i mogućnost da korisnik odredi trenutak očitavanja te da se izmjerena vrijednost zadrži na displayu radi lakšeg očitavanja. Kalibracija i temperaturna kompenzacija su automatski, dok su EC / TDS faktor pretvorbe i faktor temperaturnog koeficijenta (β) korisnički određivi ovisno o specifičnosti mjerenja. Combo ima zamjenjivu pH elektrodu s produžnim spojnim kabelom od EC/TDS grafitu koji je otporan na uticaj soli i ostalih tvari koje dolaze u doticaj s elektrodom.



Specifikacija:		HI98130
Raspon	EC	0.00 to 20.00 mS/cm
	TDS	0.00 to 10.00 ppt
	pH	0.00 do 14.00 pH
	Temp	0.0 do 60.0 °C ili 32.0 do 140.0 °F
Rezolucija	EC	0.01 mS/cm
	TDS	0.01 ppt
	pH	0.01
	Temp	0.1 °C ili 0.1 °F
Točnost (20°C/68°F)	EC/TDS	±2% F.S.
	pH	±0.05
	Temp	±0.5 °C or ±1 °F
Tipična EMC devijacija	EC/TDS	±2% F.S.
	pH	±0.02
	Temp	±1 °C ili ±1 °F
Kalibracija	EC/TDS	Automatska na 1 točki
	pH	1 ili 2 točke 2 seta memoriranih otopina: (pH 4.01, 7.01 & 10.01 ili 4.01, 8.68 & 9.18)
Temperaturna Kompenzacija	EC/TDS	BETA (β) = namjestivo od 0.0 do 2.4 pri °C u povećanjima od po 0.1
	pH	Automatska
EC / TDS faktor konverzije		Namjestivo od 0.45 do 1.00
Okruženje		0 do 50°C (32 do 122°F); R.H. 100%
Baterija tip / vijek		4 x 1.5V / 100 sati

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Automatsko isključenje	Nakon 8 minuta
Izmjere	163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Težina	85 g (3 oz.)
Combo je u kompletu s 50-HI73127 pH elektrodom, 4 x 1.5V baterijama i alatom za zamjenu elektrode(50-HI73128).	



pH- / LF-Tester Combo II HI 98130

Uređaj sa četiri parametra i dvostrukim digitalnim prikazom

pH: 0,00...14,00

EC: 0,00...20,00mS/cm

TDS: 0,00...10,00g/l (ppt)

Temp.: 0...60,0°C

Kalibracija: autom.

Kompenzacija temperature: autom.

Artikl broj: HI 98130

Cijena bez PDVa.: **139,00 EUR**



Kalibracijska otopina pH4 + pH7

pH-elektrode gube svojstva s vremenom, što vodi do odstupanja. Za osiguranje visoke točnosti preporučamo redovito kalibriranje pH-Metra.

-po 75ml pH 4,01 i pH 7,01

Artikl broj: PH-47

Cijena bez PDVa.: **13,00 EUR**



Otopina za kalibraciju 12,88mS/cm

Otopina za kalibraciju 12,88 mS/cm, pakirana u vrećicama (= visoka štedljivost u potrošnji).

-25vrećica @ 20ml

odgovara za Combo II

Artikl broj: HI 70030P

Cijena bez PDVa.: **25,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446